

PASLANMAZ SERUM ASKISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Serum askısı yükseklik ayarına sahip olmalıdır.
2. Serum askılığı 304 kalite paslanmaz çeli imal edilmiş olmalıdır.
3. Paslanmaz malzemeden imal edilmiş 5 ayağa sahip olmalıdır.
4. Antistatik Poliamid malzemeden üretilmiş tekerleklerle sahip olmalıdır.
5. 360 Manevralı 5 tekerleğe sahip olmalıdır.
6. Maksimum 30 kg yük taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
7. Serum askılığı kafası en az 4 metal kancalı ve paslanmaz özellikte ürün ile imal edilmiş olmalıdır.
8. Bu kancalar minimum 5mm çapında olmalıdır.
9. Üretici firma ISO, CE belgelerine sahip olmalıdır.

ÜRÜN GÖRSELİ;

